

# Termine

<b>1 . Prüfbjekte mit festgelegten Fristen</b>	<b>Häufigkeit</b>	<b>nächster Prüftermin</b>
➤ Abzüge ohne selbstüberwachende Funktionskontrolle	jährlich <sup>1)</sup>	.....
➤ Abzüge mit selbstüberwachender Funktionskontrolle	mindestens alle 3 Jahre <sup>1)</sup>	.....
➤ Druckgasflaschen	alle 10 Jahre <sup>2)</sup>	.....
➤ Augennotduschen	monatlich <sup>3)</sup>	.....
➤ Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten	mindestens alle 3 Jahre <sup>1)</sup> zusätzlich Hersteller- angaben beachten	.....
➤ Druckgasflaschenschrank	mindestens alle 3 Jahre <sup>1)</sup>	.....

<b>2 . Orientierungswerte</b>	<b>Häufigkeit</b>	<b>nächster Prüftermin</b>
➤ Elektrische Anlagen (ortsfest)	alle 4 Jahre <sup>4)</sup>	.....
➤ Elektrische Betriebsmittel (beweglich)	Empfehlung: jährlich <sup>4)</sup>	.....
➤ Erdgasanlagen	alle 10 Jahre <sup>1)</sup>	.....
➤ Flüssiggasanlagen	alle 4 Jahre <sup>1)</sup>	.....
➤ Feuerlöscher	alle 2 Jahre <sup>1)</sup>	.....
➤ Fehlerstromschutzschalter	alle 6 Monate <sup>3)</sup> zusätzlich vor Experimenten mit berührungsgefährlicher Spannung	.....
➤ Not-Aus-Einrichtung	alle 6 Monate <sup>3)</sup> zusätzlich vor Experimenten mit berührungsgefährlicher Spannung arbeitstäglich	.....
➤ Sichtprüfung der Gasbrenner und Armaturen	vor jeder Benutzung <sup>3)</sup>	.....
➤ Lüftungstechnische Anlagen (Gebäude)	alle 3 Jahre <sup>5)</sup>	.....
➤ Schrank mit technischer Lüftung (z.B. für Säuren und Laugen)	mindestens alle 3 Jahre <sup>1)</sup>	.....

<b>3. Sonstiges</b>	<b>Häufigkeit</b>	<b>nächster Termin</b>
➤ Gefahrstoffverzeichnis aktualisieren (Gefahrstoffdaten; - bestand)	mind. jedes Jahr <sup>6)</sup>	.....
➤ Unterweisung Lehrpersonen	jedes Jahr <sup>6)</sup>	.....
➤ Unterweisung Schülerinnen und Schüler	jedes Halbjahr <sup>3)</sup>	.....

**Durchzuführen von:**

- 1) Befähigte Person gem. Betriebssicherheitsverordnung, 2) Zugelassene Überwachungsstelle
- 3) Fachlehrer/in, 4) Elektrofachkraft, 5) Sachverständige/r, 6) Gefahrstoffbeauftragte/r